

Verwenden Sie dieses Formular, wenn Sie eine elektrische Spitze, einen Meßkopf oder einen Datenerfasser für Reparatur und/oder Kalibrierung an Gouda UXO-Equipment senden. Sie können das Instrument an die Adresse am Ende dieser Seite senden.

Wenn Sie das Instrument von außerhalb der europäischen Gemeinschaft senden, wenden Sie sich zuerst an Gouda-UXO um Versandanweisungen zu erhalten, um Zeit und Kosten zu sparen.

---

Wir möchten Sie bitten, folgende Informationen auszufüllen für eine reibungslose Handhabung und Zurückversand

## Kundendaten

Firmenname: \_\_\_\_\_ Absender: \_\_\_\_\_

Kontakt: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

---

## Instrumentendaten

Elektrische (Piezo-)Spitze      Elektrischer Meßkopf      Datenerfasser      Andere, nl.:  
Serienr.: \_\_\_\_\_

---

## Was sollte mit dem Instrument passieren / was haben Sie festgestellt?

Kreuzen Sie in der folgenden Liste an, was getan werden muss

<input type="checkbox"/> Allgemeine Wartung und Kalibrierung	<input type="checkbox"/> Neigungsmesser defekt
<input type="checkbox"/> Verschleißteilen ersetzen	<input type="checkbox"/> Ein Ausgang gibt kein Signal an
<input type="checkbox"/> Reibungsmantel zerrissen	
<input type="checkbox"/> Steckverbinder ist defekt	<input type="checkbox"/> Nullpunktverschiebung auf Kanal qc
<input type="checkbox"/> Spitze ist überbelastet gewesen	<input type="checkbox"/> Nullpunktverschiebung auf Kanal fs
<input type="checkbox"/> Spitze ist verbogen	<input type="checkbox"/> Nullpunktverschiebung auf Kanal u2
<input type="checkbox"/> Instrument hat keine Ausgangssignal	<input type="checkbox"/> Abweichung Neigungsmesser
<input type="checkbox"/> Es hat Wasser in der Spitze gegeben	

---

## Platz für Kommentare und besondere Anweisungen

Dies schließt spezifische Umstände ein, die den Defekt des Instruments beeinflusst haben könnten:

Spezifische Versandanweisungen und dergleichen:

---

## Weitere Informationen

**Anmerkung 1:** Sobald die Spitze bei uns ankommt, wird die Spitze eingebucht und erhalten Sie per E-Mail eine Auftragsbestätigung. In dieser E-Mail wird auch angegeben, wie lange wir erwarten, dass die Reparatur / Kalibrierung dauern wird.

**Anmerkung 2:** Sobald Gouda-UXO feststellt, dass die Reparaturkosten höher sind als gewöhnlich, wird Gouda-UXO sich zur Beratung mit Ihnen in Verbindung stellen.

**Anmerkung 3:** Das Instrument wird nach Reparatur und Kalibrierung mit einem neuen Kalibrierungszertifikat und einer Kalibrierungsdatei zurückgeschickt. Sie können diese Dokumente/Dateien auch von unserer Website herunterladen: [www.gouda-UXO.com/download](http://www.gouda-UXO.com/download)