

Gebruik dit formulier wanneer u een elektrische conus, meetkop of datalogger verstuurt naar Gouda UXO-Equipment voor reparatie en/of kalibratie. U kunt het instrument versturen naar het adres onderaan deze pagina.

Stuurt u het instrument op van buiten de Europese Gemeenschap, neem dan eerst contact op met Gouda-UXO voor verzendinstructies om tijd en vooral kosten te besparen.

Gaarne willen wij u vragen onderstaande gegevens in te vullen voor een vlotte afhandeling en retourzending.

Klantgegevens

Bedrijfsnaam: Retouradres:
Contactpersoon:
Telefoonnr.:
E-mail:

Instrumentgegevens

Electrische (waterspannings-)conus Electrisch meetkop Datalogger Anders, nl.:
Serienr.:

Wat moet er met het instrument gebeuren / wat heeft u geconstateerd?

Kruis in onderstaande lijst aan, wat er dient te gebeuren

<input type="checkbox"/> Algemeen onderhoud en kalibratie	<input type="checkbox"/> Hellingmeter defect
<input type="checkbox"/> Slijtdelen vervangen	<input type="checkbox"/> Een uitgangskanaal geeft geen signaal
<input type="checkbox"/> Kleefmantel gescheurd	
<input type="checkbox"/> Connector is defect	<input type="checkbox"/> Afwijking nulpunt op kanaal qc
<input type="checkbox"/> Conus is overbelast geweest	<input type="checkbox"/> Afwijking nulpunt op kanaal fs
<input type="checkbox"/> Conus is krom	<input type="checkbox"/> Afwijking nulpunt op kanaal u2
<input type="checkbox"/> Instrument geeft geen uitgangssignaal	<input type="checkbox"/> Afwijking van de hellingmeter
<input type="checkbox"/> Er heeft water in de conus gestaan	

Ruimte voor opmerkingen en speciale instructies

Denk hierbij aan specifieke omstandigheden die van invloed kunnen zijn geweest op het defect raken van het instrument:

Specifieke verzendinstructies e.d.:

Verdere informatie

Nota 1: Zodra de conus bij ons binnenkomt, wordt de conus ingeboekt en ontvangt u een opdrachtbevestiging per E-mail. In deze E-mail staat tevens hoe lang wij verwachten dat de reparatie / kalibratie gaat duren.

Nota 2: Zodra Gouda-UXO constateert, dat de reparatiekosten hoger komen te liggen dan voorzien cq. gebruikelijk, dan zal Gouda-UXO met u in contact treden voor overleg.

Nota 3: Het instrument zal na reparatie en kalibratie aan u worden geretourneerd voorzien van een nieuw kalibratiecertificaat en kalibratiebestand. U kunt deze documenten / bestanden ook downloaden van onze website: www.gouda-UXO.com/download.